ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha [illegible]		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Serial Equipo	MV-3689B	Fecha inicio	09/01/21 9:25	Fecha Fin	12/01/21 12:31

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro central (pequeño)	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
														Mant. Correctivo
	9913	6.2	98.1	Si	Si	Si	ET	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. [illegible]	Tiempo de [illegible]	2 horas	[illegible] alarma	NO	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena X		Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo

5. [illegible]

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila [illegible]	Verifica voltaje de la pila	4.20
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión [illegible]	Se verifican las conexiones [illegible] del equipo	OK
	[illegible]	Se verifica [illegible]	Leve

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tarjeta flujo	1			
	Filtro bacteria	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	ET
	Flujo Máximo	Se verifica [illegible]	6
	Desconexión eléctrica	Activación alarma [illegible]	OK
	Desconexión [illegible] de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
	[illegible]	[illegible]	OK

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
														Funciona Correctamente
	9915	6.2	97.9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.