# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| Pro | ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES | FORMATO |
|---|---|---|
| | | Código: [illegible] |
| | | Versión: 1 — Fecha Actualización: [illegible] |
| | | Página 1 de 2 |

| Fecha Solicitud | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Código Equipo | Fecha Inicio | | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|
| MV-26173 | 13/01/21 | 10:15 | 13/01/21 | 11:57 |

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| Hr Funcionamiento | Caudal | Presión | Oxígeno | Flujómetro | Pruebas de alarma: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | Rejillas | Filtros | Base | Código de barras: Base | Código de barras: Manija | Ruedas | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16915 | 6.1 | 94.8 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. Preventivo |

| 1. [illegible] | Tiempo de la prueba | 90 min | Genera Alarma | No X | Si | | Cual? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. [illegible] | Si | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno X | Malo | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno ✓ / Malo |

5. [illegible]

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | Si | Con [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|

## SET DE PRUEBAS

DIAGNOSTICO TALLER

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | 5V |
| | [illegible] | [illegible] | ok |
| | [illegible] | [illegible] | ok |
| | [illegible] | [illegible] | ok |
| | [illegible] | [illegible] | Fuerte |
| | Otro | | |
| | Otro | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

## REPUESTOS USADOS

| Código | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | ES |
| | [illegible] | [illegible] | 10 |
| | [illegible] | [illegible] | Bueno |
| | [illegible] | [illegible] | Bueno |
| | [illegible] | [illegible] | Bueno |

PARAMETROS DE SALIDA

| Hr Funcionamiento | Caudal | Presión | Oxígeno | Flujómetro | Pruebas de alarma: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | Rejillas | Filtros | Base | Código de barras: Base | Código de barras: Manija | Ruedas | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16915 | 6 | 95.0 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.