

Nombre:  No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
 Tipo de Equipo: **AV - 4122 B** Fecha Inicio: **13/02/21** E: **42** Fecha Fin: **13/02/21** 10:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA:  SI  NO  X FECHA INICIO AISLAMIENTO:  FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALTA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI	NO	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS DE ALARMA	REJILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUECAS	OBSERVACIONES
				DESM (SI-NO)	MANE (SI-NO)		
Alarmas (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI Fuga (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI Flujo (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Rejillas (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI Filtración (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Sabe (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Código de Barras (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Ruedas (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Observaciones: <b>Man. Preventivo</b>		
1. TIEMPO: Tiempo de la prueba <b>90 min</b>	2. ESTADO DE MANGUERAS: <input checked="" type="checkbox"/> Buena	3. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: <input checked="" type="checkbox"/> SI	5. CARGA DE BATERIAS: <input checked="" type="checkbox"/> Buena	6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Flujo S.T. V	Verifica escape de la pin	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión hidráulica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión hidráulica	Se verifican las conexiones hidráulicas del equipo	OK
5	Prueba de alertas	Se verifica conexión en el equipo a fuente	OK

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 1/2 Carga Regulada	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma (L1) y alarma LED (Flujo a 1/2 Carga regulada y 1/2 P&B)	ES
3	Exposición eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Exposición mecánica de flujo	Exposición al flujo eléctrico	activo
5	Exposición de alerta de error	Exhibir mensaje de alerta de error de conexión	activo

PRUEBAS DE ALARMA	REJILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUECAS	OBSERVACIONES
				DESM (SI-NO)	MANE (SI-NO)		
Alarmas (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI Fuga (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI Flujo (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Rejillas (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI Filtración (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Sabe (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Código de Barras (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Ruedas (SI-NO) <input checked="" type="checkbox"/> SI	Observaciones: <b>Correcto funcionamiento Wilmar G.</b>		