ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 25/05/2015
Página 1 de 2

Fecha Inicio: | Reporte #: | Asistir Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: MV-101BB | Fecha Inicio: 14/03/22 8:55 | Fecha Fin: 14/03/22 10:37

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FACTORES EXPOSICIÓN OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	UBIC.	CLASE CARG	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Cable de poder	1		SI	X	NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Fin Mantenimiento | VOLTAJE | FRECUENCIA | CORRIENTE | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI-NO) | Pito (SI-NO) | Titulo x 5" (SI-NO) | REJILLAS (SI-NO) | FILTROS (SI-NO) | BASE (SI-NO) | CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) | MANIJA (SI-NO) | RUEDAS (SI-NO) | OBSERVACIONES

11297	60	94.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Preventivo	

1. ENCLAVE: | Tiempo de la prueba: 90 min | Genero Alarma: No [X] | Si | Cual?

2. PUERTAS LIMPIAS: Si [ ] | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] | Malo | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] | | Malo

5. OBSERVACIONES ALARMAS:

6. ESTADO DE LAS CUBIERTAS: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | SI | Con Subenfriamiento:

DIAGNOSTICO FALLAS

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila E.C.U.	Verifica voltaje de la pila	SI
	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Conexion electrica ok	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido de en alarma o flama	prueba
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Inhibición	Descripción	Resultado
	Prueba Lámparas Indicadoras	Se verifica activación de alarma (Luz - LED - ES)	ES
	Prueba Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo + Sirena)	Ok
	Activación alarma sonora	Activación alarma sonora	Activo
	Desconexión Interruptor de Fuga	Desconexión interruptor	Activo
	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	Activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

VOLTAJE	FRECUENCIA	CORRIENTE	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI-NO)	Pito (SI-NO)	Titulo x 5" (SI-NO)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
113016.0	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona Correctamente	

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.