Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-006
Versión 1	Fecha Actualización
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN - 12"B	Fecha Inicio	14/01/21 8:40	Fecha Fin	19/01/21 10:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

Hr Mantenimiento	Concentración	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
17713	6.2	97.1	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No X	Si		Cual?	

2. RUIDO Y CHASIS	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Si X	Malo

5. DAÑOS EN VERIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CUBIERTAS	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Voltaje Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.70
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6			
7			

Descripción del Diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
		Se verifica activación de alarmas	ES
	Flujo Mínimo	Se verifica indicador de alarma visual y sonora LED Rojo o LED amarillo	Lo
		Activación alarma sonora	activo
			activo
			activo
6			
7			
8			

PARAMETROS DE SALIDA

Hr Mantenimiento	Concentración	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
17714	6.1	96.6	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer G.