ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3133B	Fecha Inicio	18/01/21 13:10	Fecha Fin	05/01/21 11:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	[illegible]	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo ≤ 0"	REJILLAS	FILTROS	GABINETE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
8225	6.1	97.6	Si		Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant preventivo

1. [illegible]	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No	Si		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo

5. [illegible]

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	[illegible]	[illegible]	52
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	pasa OK
6			
7			

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo [illegible])	10
3	[illegible]	Activación alarma [illegible]	Bueno
4	[illegible]	[illegible]	Bueno
5	[illegible]	[illegible]	Bueno
6			
7			
8			

PARÁMETROS DE SALIDA

[illegible]	[illegible]	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo ≤ 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
8226	6	97.1	Si		Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.