ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Amr - 3032 B	15/6/21 8:47	15/6/21 10:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLAS REPORTADAS / DETALLES DEL SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

Hr. Mantenimiento	Voltaje	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pruebas de alarma: Plo (Si-No)	Pruebas de alarma: Flujo a 0 (LO/ES)	Rejillas (Si-No)	Filtros (Si-No)	Base (Si-No)	Código de barras: Base (Si-No)	Código de barras: Manija (Si-No)	Ruedas (Si-No)	Observaciones
11131	6.2	97.0	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo					

5. [illegible]	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	Verifica voltaje de la [illegible]	(9)5V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de sonido	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica [illegible] de alarmas (LL - LO - ES)	ES
	Flujo Bajo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LO-ES)	LO
	[illegible] eléctrica	Activación alarma sonora	activo
	[illegible]	Desconexión eléctrica	activo
	[illegible]	[illegible]	activo

PARÁMETROS DE SALIDA

Hr. Mantenimiento	Voltaje	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión (Si-No)	Pruebas de alarma: Plo (Si-No)	Pruebas de alarma: Flujo a 0 (LO/ES)	Rejillas (Si-No)	Filtros (Si-No)	Base (Si-No)	Código de barras: Base (Si-No)	Código de barras: Manija (Si-No)	Ruedas (Si-No)	Observaciones
11133	6.1	96.2	Si	Si	Si		ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]