Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: [illegible]
		Versión: 1 — Fecha Actualización: [illegible]
		Página 1 de 2

[illegible]		[illegible]		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

[illegible]	7FSE201811000027	Fecha Inicio	15/6/21 8:50	Fecha Fin	15/6/21	13:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	RI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FILTROS	CASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
537	6397.7	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si			Mant. Preventivo

1. [illegible]	Tiempo de la prueba	1 hora	[illegible]	X	Si		Cual?	
2. [illegible]	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	[illegible]	Verifica voltaje de la pila	OK
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo y fuerte	Fuerte
	[illegible]		
	[illegible]		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - L3)	N.A
	Flujo Alterno	Se verifica activación de alarma visual y sonora [illegible]	N.A
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
	[illegible]	Desconecte la toma eléctrica	N.A
	[illegible]	Obstruir manguera de salida de aire [illegible]	N.A

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FILTROS	CASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
538	6297.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	Si	Si	Si			Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.