ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Servicio		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Activo	Fecha Inicio		Fecha Fin	
AN-1047B	15/01/21	11:45	16/01/21	10:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

Ev Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANUA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	96606.0	84.0	Si		Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant Correctivo

1. [illegible]	Tiempo de [illegible]	45 min	[illegible] alarma	No		Si	X	Cuál?	Lo

2. RUIDO EXTERNO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Normal	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

DIAGNÓSTICO TALLER

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	4.30
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	[illegible]	Leve
	Otras		
	Otras		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Es
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y LL-LO-ES)	Lo
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
	[illegible]	Desconexión línea eléctrica	OK
	[illegible]	[illegible]	OK
	Otras		
	Otras		

PARÁMETROS DE SALIDA

Ev Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANUA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	96636.1	93.1	Si		Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer C.