C Pal

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/05/2015
	Página 1 de 2

Fecha Recibido | Recibido # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Cliente Equipo: MV-24825 | Fecha Inicio: 14/01/21 9:30 | Fecha Fin: 14/01/21 10:28

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ENTIDAD REPORTADO DURANTE LA ORDEN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE SALIDA

Nº Mantenimiento	HORAS EN TAC	PRESION	ORIGINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desplazamiento (0 Mm)	Pito (0 Mm)	Flujo a 0° (0 Mm)	(0 Mm)	(0 Mm)	(0 Mm)	Cable (0 - Mm)	Bateria (0 - Mm)	(0 Mm)	
	116896.2	939	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant Preventivo

1. LIMPIEZA: Tamaño de la Lupa: 90 mm | Camara Aspira: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X | 4. SISTEMA DE RETROLAVACION: Bueno X

2. PUERTA A EQUIPO: Si | No X

5. CAMBIO DE NOTIFICADOR:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Inicial S.S.	Verifico voltaje de la pila	4.8V
	Prueba de Fugas	Se verifica operacion neumatica del equipo	OK
	Conexion electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	OK
	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido y en pantalla y Flujo	OK
			Fuente

Descripcion del diagnostico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba Efectuada	Descripcion	Resultado
	Estado Inicial Camara Neumatica	Se verifica activacion de alarmas (Luz - LED - Sirena)	ES
	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED Amarillo + Sirena)	Ok
	Funcionamiento electrico	Activacion alarma sonora	Bueno
	Funcionamiento sensor de flujo	Desbloqueo de linea electrica	Bueno
	Funcionamiento de valvulas de vacio	Cambio manguera de salida de aire de compresor	Bueno

PARAMETROS DE SALIDA

Nº Mantenimiento	HORAS EN TAC	PRESION	ORIGINO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desplazamiento (0 Mm)	Pito (0 Mm)	Flujo a 0° (0 Mm)	(0 Mm)	(0 Mm)	(0 Mm)	Cable (0 - Mm)	Bateria (0 - Mm)	(0 Mm)	
	116896.2	940	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funcionamiento Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.