ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Pro

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio		Fecha Fin	
7F55E2017070315	16/01/21	8:55	16/01/21	10:22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

[illegible]	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 5°	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
2369	6.5	97.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si		Mant. Preventivo

1. [illegible]	Tiempo de la prueba	90 min	Genera Alarma	No X	Si		[illegible]

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. [illegible]

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	[illegible]	Verifica voltaje de la pila	4.8v
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	[illegible]	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	[illegible]	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido bien agudo y fuerte	fuerte
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se simula situación de alarma [illegible]	ES
	Flujo Máximo	[illegible]	ES
	[illegible]	Activación alarma sonora	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	Otro		
	Otro		
	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

[illegible]	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 5°	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
2370	6.4	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si		Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.