Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MAN-FR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 25/05/2018
	Página 1 de 2

Orden Número:		Mantenimiento #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Cuarto Blanco	NN- 2107 B	Fecha Inicio	19/01/21 12:20	Fecha Fin	19/01/21 12:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	Si		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DATOS REPORTADOS OPERADOR DE SERVICIO

TALLA	SIGLA	CLASE ZARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	POSICIÓN	PRESIÓN	ORDENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PSI	"Fuga a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
														Mant. Preventivo
12855	6.1	95.4	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	

CES-RAT	Tiempo de la prueba	2 horas	Genera Alarma	X			
3. FUGAS Y RUIDO	Si	X	5. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X / Malo
6. CONDICIÓN DEL EVAPORADOR							
8. CONDICIÓN DEL ACEITE DEL COMPRESOR	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento		

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila D.E.	Verifica voltaje de la pila	4.8v
	Prueba de Fugas	Se verifica ranuras hermética del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido es agudo y fuerte	fuerte

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	ES
	Prueba Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora LED Pulso [illegible]	LO
	Conexión eléctrica	Activación puerta [illegible]	OK
	Conexión sensor de fugas	Desconexión eléctrica	OK
	Verificación de calidad de aceite	Chorrear mangueras de salida de aire de compresor	OK

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	POSICIÓN	PRESIÓN	ORDENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PSI	"Fuga a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
														Funciona Correctamente
12857	6.395.2	Si			Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer Ch.