Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	NV- 4824 B	Fecha Inicio	19/01/21 8:44	Fecha Fin	19/01/21 10:17

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

Hr Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
19815	6.1	96.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. Preventivo

Tiempo de prueba: 90 min

3. ESTADO DE MANGUERAS — Buena: X — Mala

4. SISTEMA DE REFRIGERACION — Buena: X — Malo

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno

7. CONTROL DE TEMPERATURA — Buena: Si

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
			4.52
	Prueba de Fugas		OK
			OK
			OK
			ajuste

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Simulacion	Descripcion	Resultado
			ES
			Lo
			OK
			OK
			OK

PARAMETROS DE SALIDA

Hr Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	CODIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
19818	6	096.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilma G.