ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: [illegible]
Versión: 1 — Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2

		Fecha de Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	Fecha inicio		Fecha fin	
WN-34796	19/01/21	8.40	19/01/21	10:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	Flujo	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras		Ruedas	Observaciones
15483	6.2	95.5	Si	Si	Si	Ei	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

Tiempo de encendido	50 min	Genera alarma	No X	Si		Cuál?	

Ruido	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X	Malo

ESTADO DE LAS CARCASAS	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	4.7V
	[illegible]	[illegible]	OK
	[illegible]	[illegible]	OK
	[illegible]	[illegible]	OK
	[illegible]	[illegible]	fuerte

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	Ei
	[illegible]	[illegible]	lo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo

PARÁMETROS DE SALIDA

Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	Flujo	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras		Ruedas	Observaciones
15483	6.1	94.5	Si	Si	Si	Ei	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilson G.