Pro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | GAC-MAN-FR-[illegible] |
| Versión 1 | Fecha Actualización: [illegible] |
| | Página 1 de 2 |

| Auxiliar Ordenante | | Revisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Consecutivo | 2080400000131 | Fecha Inicio | 19/01/21 11:20 | Fecha Fin | 19/01/21 12:00 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | filtro central | 1 | | Si | X | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

ENTONA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

### DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

| Fin Mantenimiento | PORCENTAJE | PRESIÓN | CONGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | Flujo a 0° | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | BARRAS | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19402 | | | Si | Si | Si | N.A | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Mant. Correctivo |

1. CÓDIGO: Tiempo de ejecución | Genero Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO ESTANDO: X | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno | Malo

5. DAÑOS DE ESTACIÓN: Ruido fuerte Compresor

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrenaturamiento

DIAGNÓSTICO TALLER

### SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Estado Pila L.S. 0 | Verifica voltaje de su pila | OK |
| | Prueba de fuga | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 1 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 2 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 3 | Prueba de alarma | Se verifica sonido o el agudo o fuerte | fuerte |
| 4 | Otra | | |
| 5 | Otra | | |

Descripción del diagnóstico identificado

### REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

LABORES REALIZADAS

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | Pila 1 (Carta Reglamento) | Se verifica conexión de alarmas (LL - LP - LP) | OK |
| | Flujo Masivo | Se verifica activación de alarma visual y motora (LED Flujo o LED amarillo y (LL-LP-LP)) | OK |
| | Con cambio eléctrico | Activación alarma sonora | OK |
| | Desconexión punto de fuga | Desconexión transmisor | OK |
| | Activación de válvula de arma | Obtener manguera de válvula de arma de conexión | OK |
| 1 | Otra | | |
| 2 | Otra | | |
| 3 | Otra | | |

PARÁMETROS DE SALIDA

| Fin Mantenimiento | PORCENTAJE | PRESIÓN | CONGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | Flujo a 0° | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | BARRAS | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19402 | | | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Ruido fuerte Compresor |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.