# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Pagina 1 de 2

No. Orden

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MN - 3611B | | 19/01/21 11:45 | | 19/01/21 11:50 |

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Protector Display | 1 | | Si | X | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| | | | | | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6584 | | | | | | | | | | | | | | Mant. Correctivo |

| 2. | X | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Bueno | | Malo | | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. Compresor Ruido fuerte

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

DIAGNOSTICO TALLER

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | OK |
| | Prueba de Fugas | [illegible] | OK |
| | [illegible] | [illegible] | OK |
| | [illegible] | [illegible] | OK |
| | [illegible] | [illegible] | fuerte |
| | | | |
| | | | |

Presenta ruido extraño compresor, al revisarlo parecia que le habian ya tocado o anteriormente quedo mal armado

## REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Balinera de inducido | 2 | | | |
| | filtro interno | 1 | | | |

LABORES REALIZADAS

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Evaluación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | OK |
| | [illegible] | [illegible] | OK |
| | [illegible] | [illegible] | OK |
| | [illegible] | [illegible] | OK |
| | [illegible] | [illegible] | OK |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PARAMETROS DE SALIDA

| | | | | | PRUEBAS DE ALARMA | | | REJILLAS | FILTROS | BASE | CODIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6584 | | | | | | | | | | | | | | Presenta daño Compresor |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.