Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

[illegible]	AAV-13183	Fecha Inicio	20/01/21 10:35	Fecha Fin	20/01/21 12:43

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Marca	Ruedas	Observaciones
	11323	6.2	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si		Mant. Preventivo

1. [illegible]	[illegible]	Bueno	[illegible]	X	Si		Cuál?	
2. [illegible]	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Sucias X		[illegible]	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Sucio X		Malo

5. [illegible]

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	Verifica voltaje de la pila	4.6V
	[illegible]	Se verifica [illegible] del equipo	OK
	[illegible]	Se verifican las [illegible] del equipo	OK
	[illegible]	Se verifican [illegible] del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	Fuerte
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico [illegible]	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica [illegible] (LL - L1 - ES)	ES
	[illegible]	Se verifica [illegible] (LL-L1-ES)	LO
	[illegible]	Activa [illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	Otros		
	Otros		
	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Marca	Ruedas	Observaciones
	11325	6.0	94.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmer G.