ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Pro

FORMATO | Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-40876	Fecha inicio	20/01/21 10:49	Fecha Fin	20/01/21 12:22

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
	7791	6.4	97.2	si	si	si	E5	si	si	si	si	si	si	Mant. Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de ciclado	9' min	Genera alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión [illegible]	Se verifican las conexiones [illegible] del equipo	ok
5	Prueba de [illegible]	Se verifica [illegible]	Fuerte
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	switch encendido	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	E5
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma [illegible]	6
3	[illegible] eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	[illegible]	Desconexión línea eléctrica	activo
5	[illegible]	[illegible]	activo
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
	7792	6.5	97.3	si	si	si	E5	si	si	si	si	si	si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.