Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: [illegible] / Versión: 1 / Fecha Actualización: [illegible] / Página 1 de 2

Fecha [illegible]		Servicio #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

[illegible]	SN 074 7557	Fecha inicio	20/01/21 19:27	Fecha Fin	20/01/21 12:05

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
	10546	64	96.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. DELAYO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera alarma	[illegible]		Cual?	
2. [illegible]	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LOS [illegible]	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con [illegible]	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	OK
	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible]	OK
	[illegible]	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	[illegible]	Se verifican [illegible] del equipo	OK
	[illegible]	Se verifica [illegible]	fuerte
	[illegible]		
	[illegible]		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	N.A
	[illegible]	Se verifica activación de alarma [illegible]	N.A
	[illegible]	Activación alarma sonora	OK
	[illegible]	[illegible]	N.A
	[illegible]	[illegible]	OK

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
	10547	6.4	96.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]