Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: [illegible]
Versión: 1 | Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

[illegible]	NY-1346 B	Fecha inicio	20/01/21 9:04	Fecha Fin	22/01/21 11:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Flujo	Pruebas de alarma: "Flujo a 0"	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Marca	Ruedas	Observaciones
	1960	6.3	93.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	10 min	Genera alarma	X	Si		Cual?	

2. HUMIDIFICADOR	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. [illegible]

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bien	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con [illegible]	

DIAGNOSTICO FALLAS

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	4.40
	Prueba de Fugas	[illegible]	ok
	Conexión eléctrica	[illegible]	ok
	Conexión electrónica	[illegible]	ok
	Prueba de alarma	[illegible]	agudo
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	ES
	[illegible]	[illegible]	LO
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Flujo	Pruebas de alarma: "Flujo a 0"	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Marca	Ruedas	Observaciones
	1961	6.3	91.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer Z.