ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-F-020
Versión: 1	Fecha Actualización: 18/03/2019
Página 1 de 1	

Fecha Formato		Remisión #		Hora de Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Tipo Equipo	Nov-30688	Fecha Inicio	21/01/21 8:50	Fecha Fin	21/01/21 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTREVISTA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	VOLTAJE (V)	AMPERAJE (A)	CAUDAL (BPM - BPH)	FLUJOMETRO (lb-hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pito (S-No)	"Pago a 0" (S-No)	REGULAR (lb-hr)	FILTROS (lb-hr)	BAAR (lb-hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BAAR (lb-hr)	Manual (lb-hr)	PUERTAS (S-No)	OBSERVACIONES
	152.71	6.2	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mant. preventivo

1. RUIDO	Tiempo de la prueba	2 horas	Genera alarma	X	Si		Cual?	
2. RUIDO LEVIGADO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buen X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X		Malo

5. OTROS DETALLES ENCONTRADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Termómetro/manómetro	

DIAGNOSTICO TALLER

JET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Cuarto Pila S.S.	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión neumática	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido en el equipo y luces	fuerte
6			
7			

Descripción del diagnóstico realizado: Equipo trabaja durante 2 horas

REPUESTOS USADOS

ORDEN	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba - Evaluación	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	ES
2	Pito Alarma	Se verifica activación de alarma pago a cero (LED Rojo encendido y sonido)	lo
3	[illegible]	Activación [illegible]	Bueno
4	[illegible]	[illegible]	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Verificar energía de salida de alivio de concentrador	Bueno
6			
7			
8			

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	VOLTAJE (V)	AMPERAJE (A)	CAUDAL (BPM - BPH)	FLUJOMETRO (lb-hr)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pito (S-No)	"Pago a 0" (S-No)	REGULAR (lb-hr)	FILTROS (lb-hr)	BAAR (lb-hr)	CÓDIGO DE BARRAS: BAAR (lb-hr)	Manual (lb-hr)	PUERTAS (S-No)	OBSERVACIONES
	152.73	6.3	97.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.