Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: [illegible]
Versión: 1
Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MV-12603	Fecha Inicio	22/01/21 8:55	Fecha Fin	22/01/21 12:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			filtro lateral Compartes	1		Si	X	No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	1834	6.4	70.0	Si	Si	Si	ET	Si	Si	Si	[illegible]	Si	Si	Mont. Correctivo

1. CALIBRACIÓN	Tiempo de la prueba	10 min	Genera Alarma	No		Si X	Cual?	Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X / Malo

5. DAÑOS EN VERIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	[illegible]	Verifica voltaje de la pila	5V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	ok
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
	Prueba de alarma	Se verifica cuando si el equipo a fuerte	ok, fuerte
	Otro		
	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tarjeta electronica	1			
	Tamiz	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas (LL - L1 - ES)	ET
	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora [illegible]	Lo
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	ok
	Desconexión [illegible]	Desconectar la mesa eléctrica	ok
	[illegible]	Obstruir manguera de salida de aire [illegible]	ok
	Otro		
	Otro		
	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	0006	4.9	97.9	Si	Si	Si	ET	Si	Si	Si	[illegible]	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer L.