OX Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Versión 1
Página 1 de 2

No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

	MN-4476B	Fecha Inicio	22/01/21 9:00	Fecha Fin	22/01/21 11:10

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	Desconexión	Pila	Flujo a 0'	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS BASE	CÓDIGO DE BARRAS MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	3164 6.495.0	Si	Si		Si		ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de lo ciclado	2 horas	Genero Alarma	X	Si		Cual?	

2. RUIDO / EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

KIT DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	Verifica voltaje de bucle	4 Go
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica [illegible] (LL - LT - ES)	ES
	Flujo Alterno	Se verifica activación de alarma visual y sonora LED [illegible]	10
	[illegible]	Activación alarma [illegible]	OK
	[illegible]	[illegible]	OK
	[illegible]	[illegible]	OK

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	Desconexión	Pila	Flujo a 0'	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS BASE	CÓDIGO DE BARRAS MARCA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	3166 6.395.2	Si	Si		Si		ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.