ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Reporte		Reporte #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	Fecha Inicio		Fecha Fin	
MN-3251B	22/01/21	8:55	22/01/21	10:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

[illegible]	[illegible]	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo ≥ 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDA	RUEDAS	OBSERVACIONES
3556	6.295.4	Si			Si	Si	Ej	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. [illegible]	Tiempo de la prueba	2 horas	Genera Alarma	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	[illegible]	Verifica [illegible]	4. Bu
	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	Ok
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Ok
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Ok
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
	Otro		
	Otro		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	ES
	[illegible]	Se verifica activación de alarma [illegible] (LED [illegible])	Lo
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	Otro		
	Otro		
	Otro		

PARAMETROS DE SALIDA

[illegible]	[illegible]	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo ≥ 5"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDA	RUEDAS	OBSERVACIONES
2556	6.1939	Si			Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.