# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Código | [illegible] |
| Versión: 1 | Fecha Actualización: [illegible] |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Solicitud | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Serial Equipo | SN0194203 | Fecha Inicio | 22/01/21 9:20 | Fecha Fin | 22/01/21 9:25 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | Horómetro | Presión | Oxígeno | Flujómetro | Pruebas de alarma: Desconexión | Pila | Flujo a 9' | Rejillas | Filtros | Base | Código de barras: Base | Código de barras: Manija | Ruedas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3499 | 0. | 0. | | | | | | | | | | | Equipo no enciende |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No X | Si | | Cuál? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buena X | | Mala |

4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Buena X | Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | Verifica voltaje de la pila | |
| | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | |
| | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | |
| | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | |
| | Prueba de alarma | Se verifica cuando si es agudo o fuerte | |
| | Otro: | | |
| | Otro: | | |

Descripción del diagnóstico identificado: Equipo no enciende

## REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | [illegible] | |
| | Flujo Máximo | [illegible] | |
| | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | |
| | [illegible] | [illegible] | |
| | [illegible] | [illegible] | |
| | Otro: | | |
| | Otro: | | |
| | Otro: | | |

PARÁMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | Horómetro | Presión | Oxígeno | Flujómetro | Pruebas de alarma: Desconexión | Pila | Flujo a 9' | Rejillas | Filtros | Base | Código de barras: Base | Código de barras: Manija | Ruedas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3499 | | | | | | | | | | | | | Equipo de Mesut |

FIRMA MANTENIMIENTO