OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD.MAN.FR.099
Versión: 1 | Fecha Actualización: 05/08/2019


| Fecha Remisión | | Revisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | NN- 44498 | Fecha Inicio | 23/01/21 8:50 | Fecha Fin | 23/01/21 10:50 |
|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (L.T.P.S) | OXÍGENO (90% - 94%) | FLUJÓMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-NO) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES) | REJILLAS (SI-No) | FILTROS (SI-No) | BASE (SI-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) | CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (SI-NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13374 | 64 | 96.7 | 5: | 5i | 5i | ES | 5i | 5i | 5i | 5i | 5i | 5i | Mant. Correctivo |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 90 min | Cerrará Abierta | NO X | SI | Cual? | | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buena | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buena | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | 5i | Con Sobrecalentamiento | | | |

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | 4.90 |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | OK fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros. | | |

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Filtro interno | 1 | | | |
| | Switch encendido | 1 | | | |

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre Rubinetto) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES LO |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES) | |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Ok/Fuerte |
| 4 | Desconexión conjunto de flujo | Desconexión línea eléctrica | Ok/Fuerte |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obtener mensajería de salida de alivio compresor | Ok/Fuerte |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (L.T.P.S) | OXÍGENO (90% - 94%) | FLUJÓMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED ES) | REJILLAS (SI-No) | FILTROS (SI-No) | BASE (SI-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) | CÓDIGO DE BARRAS: BARRA (SI-NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13374 | 64 | 94.8 | 5i | 5i | 5i | ES | 5i | 5i | 5i | 5i | 5i | 5i | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]