ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Pro

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3380B	Fecha inicio	25/02/21 8:45	Fecha fin	25/02/21 10:57

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	[illegible]	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - NO)	(Si - NO)	(Si - No)	
8981	6495.7		Si	Si	Si	20	Si	si	Si	Si	Si	Si		Mant. Preventivo

1. CICLOS	Tiempo de la prueba	2 horas,	Genera alarma	No X	Si		Cuál?	
2. RUIDO Y ETIQUETAS	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo	

5. [illegible]	
6. ESTADO DE LOS CONTENEDORES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno: Si — Con Sobrecalentamiento:

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible] Pila [illegible]	Verifica voltaje de la pila	4.40
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	[illegible]	Se verifica [illegible]	Leve
	Otro		
	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	Se verifica [illegible] de alarmas (LL - LO - LR)	Lo
	Flujo Máximo	Se verifica [illegible] de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-LO)	Lo
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
	[illegible]	Desconexión línea eléctrica	OK
	[illegible]	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
	Otro		
	Otro		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	[illegible]	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - NO)	(Si - NO)	(Si - No)	Correcto funcionamiento
8980	6393.0		Si	Si	Si	10	Si	Si	Si					FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.