ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Revisión		Revisado #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1889 B	Fecha Inicio	25/01/21 8:35	Fecha Fin	25/01/21 10:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	10190	6.3	96.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CELLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cuál?	
2. PUNTO LLENADO	Si	X	**3. ESTADO DE MANGUERAS**	Bueno X	Malas	**4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	Bueno X	Malo

5. DAÑOS ENCONTRADOS:

6. ESTADO DE LOS COMPONENTES: Bueno

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si — Con Sobrecalentamiento:

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	4.0v
	Prueba de Fugas	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	ok
	[illegible]	[illegible]	fuerte

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

LABORES REALIZADAS

No.	Prueba - Simulación	Descripción	Resultado
	[illegible]	[illegible]	ES
	[illegible]	[illegible]	lo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo
	[illegible]	[illegible]	activo

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	10192	6.3	95.5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.