OxPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MANCR-009 |
| Version: 1 | Fecha Actualizacion: 01/06/2019 |
| | Página 1 de 2 |

Fecha Recibido: | Recibido A: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1020B | Fecha Inicio: 26/a/21 8:43 | * Fecha Fin: 26/a/21 10:51

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

## SINTOMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLAVE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |
| | | | | | | SI | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## PARAMETROS DE ENTRADA — AREA DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0 - 7 PSI) | OXIGENO (95% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI-No) | FILTROS (SI-No) | BASE (SI-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4438 | 6.3 | 97.2 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Mant. preventivo |

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas | Genero Alarma: NO [X] SI [ ] Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] [ ] Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno: Si | Con Sobrecalentamiento:

## DIAGNOSTICO TALLER — SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | 4.7V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

## LABORES REALIZADAS — REPUESTOS USADOS

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre fluxómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | activo |
| 4 | Desconexión sensor de flujo | Desconecta línea eléctrica | activo |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de concentrador | activo |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

## PARAMETROS DE SALIDA

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (0 - 7 PSI) | OXIGENO (95% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI-No) | FILTROS (SI-No) | BASE (SI-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9910 | 6.2 | 96 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Funciona Correctamente |

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer L.