ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GMZ-ERAS-FM-009
Versión: 3 Fecha Actualización: 05/09/2019
Página 1 de 2

Fecha Apertura: | Revisión #: | Atención Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: MPO-1623B | Fecha Inicio: 27/01/21 8:59 | Fecha Fin: 27/01/21 10:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SELECCIONA REPORTANDO OPERADOR DE SERVICIO

TALLA	SARO	CLASE SARO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA (En Mantenimiento)

VOLTAJE (Volts)	PRESIÓN (In. Hg)	ZUMBIDO (dB's, dBa)	FLUJÓMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Flujo (Si / No)	Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si / No)	HUELLAS (Si / No)	OBSERVACIONES
6691	6.2	93.1	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. Correctivo

1. OXIDADO: Tiempo de la prueba: 5 min | Genera Alarma: Si [X] | Si [X] | Cual? ET

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malo [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS EN ELEMENTOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | Con Sobrecalentamiento:

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9 V	Verifica voltaje de la pila	9.70
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico (Anexo Evidencia):

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Tarjeta Flujo	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Estimulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 5 (Cierre Rejillas)	Se verifica activación de alarma (LL - LO - ES)	Lo
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión presión de flujo	Desconexión eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Disminuir flujo para de salida de aire de concentrador	activo
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

VOLTAJE (Volts)	PRESIÓN (In. Hg)	ZUMBIDO (dB's, dBa)	FLUJÓMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si / No)	Flujo (Si / No)	Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (Si / No)	FILTROS (Si / No)	BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si / No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (Si / No)	HUELLAS (Si / No)	OBSERVACIONES
6684	6.0	92.6	Si	Si	Si	Lo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]