OxiPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: [illegible]
		Versión: [illegible] — Fecha Actualización: [illegible]
		Página 1 de 2

Fecha Radicado		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Serial Equipo	DM200915196	Fecha Inicio	24/2/21 12:15	Fecha Fin	27/2/21 8:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: Case	Manija	RUEDAS	OBSERVACIONES
	110	8.2	98.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Ment. Preventivo

1. ENCENDIDO	Tiempo de la prueba	20 horas	Sonido Alarma	[illegible]		Cual?	
2. RUIDO Y ESTADO	Si	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno (marcado) / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Resolución del diagnóstico identificado: Se dejo trabajando por 20 horas y funciona correctamente sin presentar alarma o recalentamiento.

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo < 3 [illegible]	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	[illegible]	[illegible]	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire [illegible]	N.A
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo a 0	REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS: Case	Manija	RUEDAS	OBSERVACIONES
	130	8.3	97.6	Si	Si	Si	NA	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.