ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OX Pro

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Barras	AN-1135B	Fecha Inicio	29/09/21 7:37	Fecha Fin	29/09/21 9:40

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento / Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
10824	6.5	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	S	Mant. preventivo

1. SELLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera alarma	Si (X)		No		Cual	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno (X)	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno (X)	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
		Verifica voltaje de la pila	4.6v
	Prueba de Fugas		OK
	Conexión eléctrica		OK
	Conexión electrónica		OK
	Prueba de alarma		fuerte
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Switch encendido	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
			ES
			Lo
			activo
			activo
			activo
	Otros		
	Otros		
	Otros		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento / Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
10826	6.3	92.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	S	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmar G.