ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Activo	Fecha inicio		Fecha fin	
MV-16526	24/2/21	9:30	24/2/21	11:47

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento (Horómetro)	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
10037	6.3	96.5	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Man 1. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Genera alarma	X		
4. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X		
5. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo			
6. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo			

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.T.U	Verifica voltaje de la pila	4.7v
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	perfecto
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	Es
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma [illegible] LED [illegible]	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activa sin alarma sonora	ok
4	[illegible]	Desconecta toma eléctrica	ok
5	[illegible]	[illegible]	ok
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

PARAMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento (Horómetro)	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pruebas de alarma: Pila	Pruebas de alarma: Flujo a 0	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Base	Código de barras: Manija	Ruedas	Observaciones
10038	6.3	95.2	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilson L.