Pro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Número Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN-3032B	Fecha inicio	29/6/21 9:30	Fecha Fin	29/6/21 11:46

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO/OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo ≠ 0	REJILLAS	FILTROS	MARI	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	11242	6.2	83.6	Si	Si	Si	EF	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mal Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	13 min	Genera alarma	No X	Si		Cual?	Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno: Si

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila	[illegible]	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión [illegible] del equipo	ok
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	ok
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	ok
5	Prueba de [illegible]	Se verifica [illegible]	[illegible]
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	tornillo	2			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo ≠ 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas [illegible]	EF
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora [illegible]	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	[illegible]	Desconexión [illegible]	activo
5	[illegible]	[illegible]	activo
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	Flujo ≠ 0	REJILLAS	FILTROS	MARI	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	11241	6.2	98.2	Si	Si	Si	EF	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.