ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN0122602	Fecha Inicio	30/9/21 9:50	Fecha Fin	30/9/21 11:27

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	Si		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	CORRIENTE	PRESIÓN	VACUÓNC	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: Tiempo	REJILLAS	FILTROS	SASE	CODIGO DE BARRAS: SASE	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	361	6.3	96.5	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Mant. Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó alarma	X		Cual?
2. RUIDO CATAÑAS	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buen X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buen X / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Entrenamiento

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Cobre Pila S.S.	Verifica cobre de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica correcto reparación del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

REPUESTOS USADOS

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + Cobre Supervisor	Se verifica simulación de alarmas (LL - LV - BT)	(OK) N.A
2	Pila Maestra	Se verifica simulación de alarmas nivel y sensor (LBT Alto + LBT Bajo + LV-LV-BT)	N.A
3	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Conexión Sensor de Flujo	Detección de aire eléctrico	N.A
5	Activación de decada de alarmas	Chequeo manómetro de tubito de aire de concentrador	N.A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

PARAMETROS DE SALIDA

Salida Mantenimiento	CORRIENTE	PRESIÓN	VACUÓNC	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: Tiempo	REJILLAS	FILTROS	SASE	CODIGO DE BARRAS: SASE	CODIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	361	6.3	96.2	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: [illegible]