ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	AN-4348B	Fecha Inicio	30/3/21 8:45	Fecha Fin	30/3/21 10:21

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SÍNTOMA REPORTADO / OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

Hr. Mantenimiento		Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Serial	Marca	Ruedas	Observaciones
14085	64	97.4	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	Mnt. preventivo

1.	Tiempo de la prueba	90 min		No X		

2.	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6.	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1			4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3			OK
4			OK
5	Prueba de alarma		fuerte
6	Otro		
7	Otro		

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	filtro interno	1			

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1			ES
2			10
3			OK
4			OK
5			OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARÁMETROS DE SALIDA

Hr. Mantenimiento		Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de alarma: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	Rejillas	Filtros	Base	Código de barras: Serial	Marca	Ruedas	Observaciones
14084	64	96.1	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	no	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilson G.