ORDÉN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	SN019 3989	Fecha Inicio	30/01/21	10:00	Fecha Fin	30/01/21	11:45

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	# REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Acople (faltante)	2		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	[illegible]	PRESIÓN	[illegible]	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
8630	6.4	97.8	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si		Mant. preventivo

1. [illegible]	Tiempo de la prueba	90 min	[illegible]	X			

2. [illegible]	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

DIAGNÓSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila [illegible]	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica presión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	[illegible]	Se verifican las conexiones [illegible] del equipo	OK
5	Prueba de alarma	[illegible]	Fuerte
6	Otro		
7	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

REPUESTOS USADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Se verifica activación de alarmas [illegible]	N.A
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora [illegible]	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	[illegible]	[illegible]	N.A
5	[illegible]	[illegible]	N.A
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PARÁMETROS DE SALIDA

En Mantenimiento	[illegible]	PRESIÓN	[illegible]	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: [illegible]	[illegible]	RUEDAS	OBSERVACIONES
8631	6.4	97.4	Si	Si	Si	N.A	Si	Si	Si	N.A	Si	Si		Funciona correctamente

FIRMA [illegible]: Wilmer G.