ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Fecha Emisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-3660B Fecha Inicio: 1-07-21 7:33 Fecha Fin: 1-07-21 9:45

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-7Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-7Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13560	6.7	950	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 2 horas Generó Alarma: NO [X] SI [ ] Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [X] Con Sobrecalentamiento [ ]

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
	Otros		
	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LESIONES PRODUCIDAS POR EL PACIENTE

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre fluidmetro)	Se verifica activación de alarma (LO - ES)	ES
	Pila Mínima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo) (LO-ES)	LO
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
	Desconexión tanda de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera a un extremo de la compresora	OK
	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (5-6Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5-7Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5-7Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si - No)	FILTROS (Si - No)	BASE (Si - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	13574	6.3	945	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.