ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GADHMN-FR-026
Versión: 1	Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-7548	Fecha Inicio	1-07-21 7:32	Fecha Fin	1-07-21 11:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ENTORNO REPORTADO ORIGEN DE INFESTACIÓN

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	¿REPORTE?	REPUESTO CAMBIADO	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	

DETALLES ADICIONALES ESTADO DE PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (19%-23%)	FLUJOMETRO (El-Mo)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Mo)	Pila (El-Mo)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El-Mo)	FILTROS (El-Mo)	BASE (El-Mo)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-MO)	MANIJA (El-MO)	RUEDAS (El-Mo)	OBSERVACIONES
	2040	6.5	85.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Correctivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	40 Min 5	Generó Alarma	No		Si	X	Cual?	LO
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.6V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico Identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (19%-23%)	FLUJOMETRO (El-Mo)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El-Mo)	Pila (El-Mo)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El-Mo)	FILTROS (El-Mo)	BASE (El-Mo)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El-MO)	MANIJA (El-MO)	RUEDAS (Hr-Mo)	OBSERVACIONES
	2044	6.4	97.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correcto Funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer G.