ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Código	CAD-MAN-FR-009
Versión: 1	Fecha Actualización: 25/08/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	MV - 4913 B	Fecha Inicio	02/07/21 7:45	Fecha Fin	02/07/21 9:33

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA REPORTADO POR USUARIO / SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	S. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (93%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	25053	6.6	96.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mant. preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	90 min	Generó Alarma	No X	Si		Cuál?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno X		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción		Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila		4.6v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo		OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte		fuerte
6	Otros:			
7	Otros:			

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción		Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)		ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)		LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora		OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta líneas eléctricas		OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor		OK
6	Otros:			
7	Otros:			
8	Otros:			

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (93%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	25095	6.3	96.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Funciona correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO	[firma]