



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO QAD-MAN-PI-009  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 05/06/2010  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **52014 2635** Fecha Inicio: **12/07/12** Fecha Fin: **02/07/12** 9:45

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IO. REPORTE	REPARO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (1-2)	Pila (3-4)	"Flujo a 0" (5-6)				EXD (7-8)	MANEJA (9-10)			
	720	6.4	950	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	Mant. Preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gener Alarms		OK		SI		Cual?			
2. RUEDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Males		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI	
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8v
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Solenoides)	Se verifica activación de alarmas (LL-10-25)	N/A
2	Flujo Manero	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-40-25)	N/A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	N/A
5	Activación de válvula de alivio	Cobrir manguera de salida de aire de compresor	N/A
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (1-2)	Pila (3-4)	"Flujo a 0" (5-6)				EXD (7-8)	MANEJA (9-10)		
	720	6.5	94.8	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	Funciona correctamente

PARA AISLAMIENTO: *[Signature]*