

Fecha Realizada: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MA-1087B** Fecha Inicio: **03/07/20 7:37** Fecha Fin: **03/07/20 9:48**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** _____ **FECHA FIN AISLAMIENTO** _____

AREA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTA	REPUERTO CAMBIADO
			Switch encendido	1	SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES/DADO POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									RUELAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)			"Fuga a 3" (SI/NO)	REJILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS				
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)					BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			(SI/NO)
	1444	6.6	95.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. Correcto	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	2 horas	Generó Alarma	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala							
4. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Subrecolectores										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.6v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Aguda
6	Otros:		
7	Otros:		

CCDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CCDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga # 0 (Cinco segundos)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E0)	SI
2	Fuga Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E0)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Buena
4	Desconexión letala de fuga	Desconecta línea eléctrica	Buena
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Buena
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									RUELAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)			"Fuga a 3" (SI/NO)	REJILLAS (SI/NO)	FILTROS (SI/NO)	BASE (SI/NO)	CÓDIGO DE BARRAS				
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)					BASE (SI/NO)	BASE (SI/NO)			(SI/NO)
	1449	6.5	94.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funecora Correctamente		

FIRMA MANTENIMIENTO: **Hilmar G.**