



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA TO

Código: GAD-MAN-FR-006
Página 1 de 2
Fecha Actualización: 25/09/2019

Fecha Recepción: _____ Recepción #: _____ Asistir Mantenimiento: _____ Nro. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: **CRB0218280112** Fecha Inicio: **23/07/21 9:21** Fecha Fin: **07/07/21 12:50**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANTES	DESPUÉS	REPUERTO	CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OROBENIO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SCALLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (15-17)	Pila (18-19)	"Flujo a 0" (20-21)				BASE (22-24)	MARKA (25-26)		
1. CICLADO														Equipo portátil
2. RUIDO EXTRAÑO														
3. ESTADO DE MANGUERAS														
4. SISTEMA DE REFRIGERACION														
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
7. CONTROL DE TEMPERATURA														

Nº.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

Nº.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Clase Sujétroz)	Se verifica activación de alarmas (LL-LO-ES)	
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de cierre	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OROBENIO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SCALLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (15-17)	Pila (18-19)	"Flujo a 0" (20-21)				BASE (22-24)	MARKA (25-26)		
														Firma a Correctamente Wilson G.