ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FO-008
Versión: 1	Fecha Actualización: 01/03/2019
Página 1 de 7	

Fecha Servicio		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3123B	Fecha Inicio	01/07/21 11:56	Fecha Fin	01/07/21 14:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ITEM	CASO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EN REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No
					SI		No

DETALLE DE ADICIONES Y/O LOCALIZACION PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	AGUJAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA	MUEBAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(88% - 94%)	(10 lpm)	(10 lpm)	(10 lpm)	(0.0-0.5)	(10 lpm)	(10 lpm)	(10 lpm)	(10 - 100)	(10 - 100)	(10 lpm)	
	16125	6.2	89.7	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Ref.

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	40 min	Generó Alarma	No		Si X	Cual?	Lo
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno X		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Pila 6.5 V	Verifica - chas de la pila	6.7V
	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
3	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
4	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
5	Otros		
6	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Termistor	2			

No.	Prueba / Nimalación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Clave Bajómetro)	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LL-L0-05)	ES
	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-L0-01)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire al compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	AGUJAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)	(88% - 94%)	(10 lpm)	(10 lpm)	(10 lpm)	(0.0-0.5)	(10 lpm)	(10 lpm)	(10 lpm)	(10 - 100)	(10 - 100)	(10 lpm)	
	16129	6.1	97.5	5	Si	Si	ES	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: Wilmer M.