



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GDM/MS/FF-200
Version: 1
Fecha Actualización: 05/02/2019
Página 1 de 2

Fecha Realizada: _____ Revision: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NN-334B** Fecha Inicio: **07/7/21 10:28** Fecha Fin: **07/7/21 12:04**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	CANTIDAD	PLAQUEO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	REQUERIDO/AVANZADO

En Mantenimiento	MONOMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (10-1)		Pila (21-4)		"Fuga a B" (22-5)		SEÑALAS		FILTROS					BASE	
					(10-1)	(21-4)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)				(22-5)	(22-5)
	600	6.7	97.5	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI			Mnto Preventivo			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 mins	Generó Alarma	SI	X	SI												
2. RUEDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Ruedas	X	Más	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas										7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	X	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	5.0V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o fuerte	OK
6	Otras:		Fuerte
7	Otras:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cero fugas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	E5
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LD Rojo o LED amarillo y (S1-L2-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	MONOMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Pila		"Fuga a B"		SEÑALAS		FILTROS					BASE	
					(10-1)	(21-4)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)	(22-5)				(22-5)	(22-5)
	600	6.5	97.1	SI	SI	SI	E5	SI	SI	SI	NO	SI	SI			FIRMA MANTENIMIENTO			