OX.Pro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Código: GAO-[illegible] Revisión: 1 Fecha Actualización: [illegible] Página 1 de 2

Fecha Remisión: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4462B | Fecha Inicio: 8/7/21 3:20 | Fecha Fin: 08/7/21 4:50

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO: X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

## SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | | SWITCH ENCENDIDO | 1 | | Si X | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE:

## ÁREA DE MANTENIMIENTO

PARÁMETROS DE ENTRADA — En Mantenimiento

| HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5 - 7 Hrs) | OXÍGENO (20% - 40%) | FLUJÓMETRO (20 Hrs) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs) | Pila (20 Hrs) | "Flujo a 0" (LO-E5) | REJILLAS (20 Hrs) | FILTROS (20 Hrs) | BASE (20 Hrs) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 40%) | MALLA (20 - 40%) | RUEDAS (20 Hrs) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18733 | 6.5 | 96.1 | Si | Si | Si | E5 | Si | Si | Si | NO | Si | Si | |

1. CICLADO — Tiempo de la prueba: 90 mins — Genera Alarma: No X Si — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno X — Con Sobrecalentamiento:

## DIAGNÓSTICO TALLER

### LIST DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | Verifica voltaje de la pila | 4.9V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripción del diagnóstico identificado:

## REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## LABORES REALIZADAS

### PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Clarea Fujimoto) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5) | E5 |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y LL-LO-E5) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| 8 | Otros: | | |

## PARÁMETROS DE SALIDA — En Mantenimiento

| HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (5 - 7 Hrs) | OXÍGENO (20% - 40%) | FLUJÓMETRO (20 Hrs) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs) | Pila (20 Hrs) | "Flujo a 0" (LO-E5) | REJILLAS (20 Hrs) | FILTROS (20 Hrs) | BASE (20 Hrs) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (20 - 40%) | MALLA (20 - 40%) | RUEDAS (20 Hrs) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18734 | 6.4 | 96.1 | Si | Si | Si | E5 | Si | Si | Si | NO | Si | Si | FIRMA MANTENIMIENTO |