ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: DAD-MAN-FR-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 09/08/2019
Página 1 de 3

Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN- 3397 B | Fecha Inicio: 08/7/21 9:38 | Fecha Fin: 08/7/21 11:30

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	ALMACENAR	DESCRIPCION	CANTIDAD	O. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ANORMALES DADOS POR AGENTE

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(6-7 PSI)	(95%-99%)	(5l/min)	(SI-NO)	(SI-NO)	(LO-OK)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	
18973	6.5	98.1	SI	SI	SI	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 95 MINS | Generó Alarma: Rta: X | SI | Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena X | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o bueno	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Directrices	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rejilleros)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - EE)	LO
2	Flujo Metros	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LB-EE)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta fase eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRA	RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(6-7 PSI)	(95%-99%)	(5l/min)	(SI-NO)	(SI-NO)	(LO-OK)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	
18906	6.3	97.7	5l	SI	SI	LO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO