ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXUPIO

FORMATO	
Código	GAD-MAN-PR-008
Versión	Fecha Actualización: 05/08/2015
	Página 1 de 2

Fecha Servicio: | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-403 B | Fecha Inicio: 08/7/21 9:40 | Fecha Fin: 08/7/21 11:55

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANEXO DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento

HORÓMETRO (HH)	PRESIÓN (Bar - PSI)	CONSUMO (MPA - MPa)	FLUJOMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Fluja a E" (LO-ES)	HUELLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BRAZA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
1309	6.3	97.1	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: 95 Mins | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Dvera X | Con Sobrecalentamiento

DIAGNOSTICO FALLAS

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	9.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

LABORES REALIZADAS

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

No.	Prueba / Verificación	Descripción	Resultado
1	Fuga + C (Clave Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Fuga Mezcla	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión fuente de flujo	Desconecta línea sintética	OK
5	Activación de salida de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento

HORÓMETRO (HH)	PRESIÓN (Bar - PSI)	CONSUMO (MPA - MPa)	FLUJOMETRO (SLPM)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Fluja a E" (LO-ES)	HUELLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BARRE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BRAZA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
1311	6.1	96.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: