ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Emisión		Revisión #		Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1897B	Fecha Inicio	09/7/21 11:35	Fecha Fin	09/7/21 1:20

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ESTADO REPORTADO OPERADOR EN SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
							Si		No
							Si		No
							Si		No
							Si		No
							Si		No
							Si		No
							Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb - f / in2)	OXIGENO (MPA - MPA)	FLUJOMETRO (lit / min)	PRUEBAS DE ALARMA Descripción (Si/No)	Pito (Si/No)	"Flujo a 0" (LED)	REGILLAS (Si/ No)	FILTROS (Si/ No)	BASE (Si/ No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (Si/ No)	OBSERVACIONES
	6274	6.1	98.1	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	Mto Preventivo

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	95 MINS	Sonoro Alarma	No	X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE RAMSEGEVIS	Buenas	X	Malos	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	X	Con Sobrecalentamiento				

DIAGNOSTICO TALLER

SET DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 9.6 V	Verifico voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumáticas del equipo	OK
3	Corrosión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexion electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si, es agudo o fuerte	Fuerte
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnostico identificado

REMPLAZOS EFECTUADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS REPETIDAS PARA VERIFICACION DE LA FALLA REPORTADA REALIZADAS EN CONCENTRADOR

PRUEBAS DE ALARMAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 5 (Cierre Parcial)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - E5)	E5
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma nivel y sensor (LED Flujo + LED encendido y (LL-LO-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión total eléctrica	OK
5	Activación de válvula de oxigeno	Obstruir manguera de salida de oxigeno concentrador	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

EXAMENES DE SALIDA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb - f / in2)	OXIGENO (MPA - MPA)	FLUJOMETRO (lit / min)	PRUEBAS DE ALARMA Descripción (Si/No)	Pito (Si/No)	"Flujo a 0" (LED)	REGILLAS (Si/ No)	FILTROS (Si/ No)	BASE (Si/ No)	CÓDIGO DE BARRAS BASE (50 - 100)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (50 - 100)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
	6274	6.1	97.8	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	NO	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO