# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

| | |
|---|---|
| FORMATO | |
| Código | [illegible] |
| Versión | Fecha Actualización [illegible] |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

| Código Equipo | NN-2303 B | Fecha Inicio | 09/7/21 11:32 | Fecha Fin | 09/7/21 1:50 |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |

**SÍNTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO**

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## ÁREA DE MANTENIMIENTO

**PARÁMETROS DE ENTRADA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXÍGENO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | TANQUE | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (4-7 PSI) | (85% - 95%) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (LO-ES) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | |
| | 6[illegible] | 6.3 | 97.0 | si | si | si | ES | si | si | si | si | si | si | Mtto Correctivo |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | 2 horas | Genera Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X / Malo |

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | X | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**DIAGNÓSTICO FALLA**

## SET DE PRUEBAS

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | 4.9V |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | OK |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | OK |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | OK |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Fuerte |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripción del diagnóstico identificado

## REPUESTOS USADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**LABORES REALIZADAS**

## [illegible] VERIFICACIÓN DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | ES |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED flujo o LED amarillo y (LL-LO-ES) | LO |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | OK |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Documenta línea eléctrica | OK |
| 5 | Activación de válvula de alivio | [illegible] manguera de salida de aire de compresor | OK |
| 6 | Otros | | |
| 5 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

**PARÁMETROS DE SALIDA**

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXÍGENO | FLUJÓMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS: BASE | TANQUE | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hrs) | (4-7 PSI) | (85% - 95%) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (LO-ES) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | (Si-No) | |
| | 6[illegible] | 6.3 | 97.1 | si | si | si | ES | si | si | si | si | si | si | FIRMA MANTENIMIENTO |